

Vista V-PR


Vista V9-PR, Vista V7-PR, Vista V5-PR, Vista V3-PR, Vista V1-PR
Serie de audífonos retroauriculares (BTE) con conectividad directa
y batería de iones de litio



Vista V-PR

SoundSuite OS		Nivel 9 Premium	Nivel 7 Advanced	Nivel 5 Standard	Nivel 3 Essential	Nivel 1 Lower Essential
Clasificación ambiental	Total de ambientes auditivos	8	6	4	2	AutoMic
	Conversación en ruido fuerte	•				
	Conversación en una multitud	•				
	Conversación en un grupo pequeño	•	•			
	Música	•	•			
	Ruido	•	•	•		
	Silencio	•	•	•		
	Conversación en silencio	•	•	•	•	
	Conversación en ruido	•	•	•	•	
	Total de ambientes de transmisión	2	2	2	2	2
	Media speech	•	•	•	•	•
	Media music	•	•	•	•	•
Optimización de sonido y desempeño	ActiveFocus	•	•			
	Conversación en ruido fuerte (programa manual)	•	•			
	Conversación 360 en el auto (programa manual)	•				
	Auto Target Pro	•				
	Auto Target		•			
	Reducción de ruido dinámica	•	•			
	Soft speech intensifier	•	•	•		
	Sound Mapping	•	•	•		
	Efecto del Pabellón	•	•	•	•	•
	Intensificador del habla	•	•	•	•	•
Características de hardware						
	Control por toque	•	•	•	•	•
	Conectividad directa hecha para todos	•	•	•	•	•
	Recargable	•	•	•	•	•
Canales de ajuste fino		20	20	16	12	12

Guías de adaptación



-- -- Tubo delgado

Disponible en todos los niveles de tecnología

Estabilización del sonido

- › Pulse Protector 2
- › Control del viento
- › Manejo del feedback

Facilidad y conveniencia

- › Aplicación Hearing Remote
- › TV Connector
- › Remote Control
- › PartnerMic
- › RogerDirect
- › Sincronización inalámbrica
- › Teléfono binaural*

Opciones de micrófonos

- › Direccional adaptativo
- › Direccional fijo
- › Direccional fijo amplio
- › Omnidireccional

Adaptación

- › Enfoque de primer ajuste
- › Manejo de Adaptación Automático
- › Compresión frecuencial 2
- › Enmascarador de tinnitus
- › Programas manuales
- › IntelliVent

Innovaciones en experiencia

- › Vista:trial
- › Vista:upgrade
- Soluciones digitales
 - › Tutor
 - › Ajuste remoto
 - › Capture All
 - › Registro de datos

Personalización


- › Botones de claridad y comodidad*
- › Programas opcionales en la aplicación*
- › Ecualizador

Vista V-PR tiene la clasificación IP 68


No todos los niveles de tecnología están disponibles en todos los mercados.

*No disponible para productos de nivel lower essential.


Datos técnicos ANSI/ASA 3.22 2014 (R2020)/IEC 60118-0: 2022 acoplador 2cc



OSPL90		
Máximo (dB SPL)	130	129
HFA - OSPL90 (dB SPL)	125	116



Ganancia máxima - FOG (entrada 50 dB SPL)		
Máximo (dB)	68	69
HFA - FOG (dB)	63	51



Ajuste de test de referencia (RTS)		
Rango de frecuencia (Hz)	<100 a 5700	<100 a 7100
Ganancia de test de referencia (dB)	48	39
Duración típica de la batería (h)*	18	18
Ruido de entrada equivalente en RTS (dB SPL)	19	19
Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%)	4,0/3,0/2,0/1,0	1,0/1,0/2,0/1,0

Descripción

Información general sobre los tests

- Codo
- Tubo delgado

Batería recargable de iones de litio; Fuente: tensión 3,8 V

*El tiempo de funcionamiento típico de la batería recargable se basa en una combinación de transmisión bluetooth y uso habitual del audífono.

Las mediciones obtenidas con una configuración cerrada utilizando un acoplador HA-2 (ANSI-3.7-1995).

El audífono está ajustado a la configuración de prueba de Aura:fit. La LLE se aplica a un nivel aproximado de 35 dB SPL.

Los domos nunca se deben colocar en pacientes con tímpanos perforados, cavidades del oído medio expuestas o conductos auditivos alterados quirúrgicamente. En tal caso, recomendamos el uso de un molde personalizado.

La latencia monoaural en un modo de usuario adaptado es de 6,5 mS según ANSI 2051: 2017.

Nos reservamos el derecho a modificar los datos de las especificaciones sin previo aviso a medida que se introduzcan mejoras.

ADVERTENCIA: No se permiten cambios o modificaciones en el audífono que no estén explícitamente aprobados por el fabricante. Estos cambios pueden dañar el oído o el audífono.

Type: PDL

Status: CURRENT

Document No.: PDL-18753

Effective Date: 30-May-2024

Rev.: 2

Title: 027-6862-42 UH Datasheet Vista V-PR 5TL ES-SA

Process: Innovation Management

Owner: 53NROSBERG Nathan Rosberg

Attributes

Attribute Type	Value	Description
Affected Site	5300	Kitchener (CA)
Project	uPrince 2/3	
Project Phase	Finished Product	

Approvals

Level	Actor	Job Title	Sign-off Date	Sign-off By
1	Bryan Hynes	Coordinator, Information Control	30-May-2024	53BHYNES
2	Zeljko Nadjmico	Head of Design Quality Assurance and Regulatory Affairs	30-May-2024	53ZNADJMICO
2	Janette Brookes	Technical Administrator, Information Control	30-May-2024	53JBROOKES
2	Paul Robinson	Director, Product Management	30-May-2024	53PROBINSON

Revision Notes

Access Activity	Note	Accessed By	Accessed Date
Remark	CHANGE-PLN-5300-01765	53NROSBERG	30-May-2024